



Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de
Voedselketen

Bestuur van de Laboratoria

WTC III
Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel
Tel. 02 208 49 78
Fax 02 208 49 75

info@favv.be
www.favv.be

MCC Vlaanderen
T.a.v. Dhr. Roland Bossuyt
Hagenbroeksesteenweg, 169
2500 LIER

Correspondent :	H. Rabahíe			
Toestelnummer :	02/208.49.83			
E-mail :	Helene.rabahie@afsca.be			
Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlagen	Datum
			1	

Betreft : Aanvraag erkenning nieuwe methode voor het remstoffenonderzoek in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk

Geachte,

In samenhang met de procedure voor de erkenning van routinemethoden en apparatuur voor de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk diende het Bestuur Laboratoria van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bij het Wetenschappelijk Comité een adviesaanvraag in met als onderwerp : « Aanvraag erkenning nieuwe methode voor het remstoffenonderzoek in het kader van de officiële bepaling van de kwaliteit en samenstelling van melk (dossier 2006/34)».

Het Wetenschappelijk Comité bracht een advies uit dat u als bijlage wordt toegezonden. Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de β -s.t.a.r 25 sneltest kan gebruikt worden als één van de bevestigingstesten na een positief resultaat na screening met behulp van de Copan Milk Test. De β -s.t.a.r 25 sneltest laat alleen de detectie van β -lactamantibiotica toe en kan bijgevolg niet ter vervanging van alle huidige bevestigingstesten gebruikt worden. In het geval de sneltest een negatief resultaat geeft, zijn verdere testen nodig (verhitten + Copan Milk Test / Delvotest MCS en / of penicillinase + Copan Milk Test / Delvotest MCS) om uit te sluiten dat de contaminatie melkeigen remstoffen of niet- β -lactamantibiotica betreft.

Het Bestuur Laboratoria staat dan ook toe dat de β -s.t.a.r 25 sneltest wordt gebruikt in samenhang met de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk op gebruiksvoorwaarden van het advies 42-2006 van het Wetenschappelijk Comité. De test zal worden toegevoegd aan de officiële lijst van erkende routinemethoden en erkende apparatuur.

Gelieve het Bestuur Laboratoria in kennis te stellen van de eerste dag waarop de β -s.t.a.r 25 sneltest wordt gebruikt, bij middel van een mail (helene.rabahie@afsca.be) en van een officieel schrijven (ter attentie van Geert De Poorter, directeur-generaal).

Hoogachtend.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Geert De Poorter
Directeur-generaal

Cc :

- Franck Defeijt, LFSA Gembloux
- Vera Cantaert, FAVV, DG Controlebeleid
- Pierre Dardenne, CRA-W, Département Qualité des Productions Agricoles
- Lieve Herman, ILVO, Eenheid Technologie en Voeding